

AGREGA

Metilen Mavisi Deney Seti



Metilen Mavisi Testi, ince agrega parçacıklarının geometrik özelliklerini değerlendirmek için agrega malzeme testi alanında kullanılan bir yöntemdir. İnce agrega, beton veya diğer inşaat malzemelerinin üretiminde kullanılan, genellikle 4,75 mm'lik (No. 4) bir elekten geçen daha küçük parçacıkları ifade eder.

Test, agrega parçacıklarının yüzeyinde bulunan kil veya ince malzeme miktarının ölçülmesini içerir. Aşırı kil veya ince tanelerin varlığı betonun işlenebilirlik, mukavemet ve dayanıklılık gibi özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Metilen Mavisi Testi, daha sonra agreganın betonda kullanıma uygunluğunu değerlendirmek için kullanılabilen kil içeriğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Teknik Özellikler

- Yüksek hızlı karıştırıcı motor, 400/600 devir/dak.
- Karıştırma pervanesi, $\varnothing 70$ mm 4 kanatlı
- Cam büret, 50 ml x 0.1 ml
- Büret standı ve kısıkaçı
- Cam baget, $\varnothing 8 \times 300$ mm
- Plastik beher, 1000 ml

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Bölgeçler

PAG-418



**Kum Absorbsiyon Konisi Seti
(Abraham Konisi)**

PAG-421



**Agrega Kırılma Değeri Deney
Seti**

PAG-414

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

