ASFALT & BITÜM

Otomatik Marshall Tokmak



Otomatik marshall tokmak kullanılarak, marshall deney numunelerinin ilgili standardlarına uygun olarak homojen bir şekilde sıkıştırılması kolaylıkla sağlanır. Cihaz, 4535 g ± 15 g ağırlığındaki tokmağı, 457 mm ± 5 mm yüksekliğe kaldırıp otomatik olarak serbest bırakan ve kullanıcı tarafından ayarlanan vuruş sayısına ulaştığında otomatik olarak duran bir sıkıştırma mekanizmasına, üzerinde kalıp sabitleyici bulunan 25 mm kalınlıkta 300 mm kare şekilli çelik plakaya ve ahşap sıkıştırma kaidesine sahiptir. Sıkıştırma Kaidesi, 450x450x200 mm boyutlarında vibrasyonlu beton bloğa sabitlenmiştir ve 200x200x450mm boyutlarında lamine sert ahşaptandır.

Uygun konuma yerleştirilen ön kontrol paneli üzerinde start/stop ve acil durum stop düğmeleri ile vuruş sayısının ayarlandığı ve sıkıştırma işlemi sırasında vuruş sayısının izlendiği dijital bir sayaç bulunmaktadır.

Cihaza entegre edilen birçok güvenlik elemanı sayesinde operatör güvenliği sağlanmıştır. CE işaretlemesine uygun ses yalitimli güvenlik kabini montajı, fabrikada yapılabilir.

İlgili Standartlar

ASTM D 1559 , ASTM D 6926; AASHTO T245, EN 12697-30, 12697-10, 12697-12

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Cleveland Parlama ve Yanma Noktası Tavin Cihazı

PBI-135



Yarı Otomatik Dijital Bitüm Penetrometresi

PBI-120



Otomatik Yumuşama Noktası Denev Cihazı

PBI-125.1

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.