

BETON

Beton Permeabilite (Geçirimsizlik) Deney Cihaz



Test, kenar uzunluğu veya çapı en az 150 mm olan kübik, silindirik veya prizmatik numunenin, özel dairesel contalarla iki flanş arasına sıkıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Daha sonra, kontrollü basınç altında su, beton numunenin yüzeyine uygulanır.

Suyun nüfuz etmesi, test süresinden sonra numune kırılarak ölçülmektedir.

Nüfuz eden su miktarı, cihazın üstüne yerleştirilmiş dereceli ölçüm sistem aracılığıyla da ölçülebilir.

Cihaz, hidrolik devreyi, vanaları, su basıncını kontrol etmek için göstergiyi ve cihazın üstüne monte edilmiş ölçüm şeffaf büretlerini içeren sıkıştırma sistemli sağlam bir çelik çerçeveden oluşmaktadır.

Kıskaç sistemi, 200 mm'ye kadar küp veya prizmatik numuneleri ve 300 mm'ye kadar yüksekliğe sahip silindirleri için uygundur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Beton Test Çekici (Schmidt Çekici) N Tini

PCO-500.1



Birim Ağırlık Kovaları

PCO-235



Slump-Çökme Deney Seti

PCO-201.E

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

