

AGREGA

Agrega Darbe Deęeri (AIV) Deney Cihazı



Agrega Darbe Deęeri Deney Cihazı, BS 812:112 standardına uygun olarak, agregaların ani řok veya darbelere karřı baęıl direncini Agregada Darbe Deęeri (AIV - Aggregate Impact Value) řeklinde belirlemek amacıyla tasarlanmıřtır.

Cihaz, paslanmaya dayanıklı kaplamalı řelikten retilmiřtir. Numuneye uygulanan darbe sayısı, cihaz zerindeki saya aracılıęıyla kolayca takip edilebilmektedir.

İlgili Standartlar

BS 812:112

İlginizi ekebilecek Dięer rnler



Bölgeler

PAG-418



**Dikey Ařındırma Cihazı (Doęal
Taslar ve Beton İin)**

PAG-411



**Kum Absorbsiyon Konisi Seti
(Abraham Konisi)**

PAG-421

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

