AGREGA

Agrega Kırılma Değeri Deney Seti

Agrega Kırılma Değeri Deney Seti, agregaların kademeli olarak uygulanan basınç yükü altında kırılmaya karşı gösterdiği direncin belirlenmesinde kullanılır. Deney sonucu elde edilen Agrega Kırılma Değeri (ACV), agreganın mekanik dayanımı hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlar. Cihaz, Ø150 mm (standart) ve Ø75 mm olmak üzere iki farklı modelde sunulmaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

- Set; silindir, piston (plunger), taban plakası, sıkıştırma tokmağı ve ölçü kabından oluşmaktadır.
- Silindir, piston ve taban plakası, 650 HV (57,8 HRC) sertliğe kadar ısıl işlem uygulanmış özel alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
- Tüm metal bileşenler, uzun kullanım ömrü sağlamak amacıyla korozyona karşı koruyucu kaplama ile korunmuştur.
- BS standardının ilgili teknik gerekliliklerine tam uygun olarak üretilmiştir.

PAG-414.1 Agrega Kırılma Değeri Deney Seti - Ø 75 mm

PAG-414.2 Agrega Kırılma Değeri Deney Seti - Ø 150 mm

İlgili Standartlar

BS 812:110

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Özgül Ağırlık Sehpası

PGE-401

Los Angeles Aşındırma Cihazı

PAG-400

Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN

PAG-410

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.